

طراحی و کاربرد بالینی نوع جدیدی از باند کشی الاستیک ویژه امداد در مصدومین

M.D. مسعود تقی نیا^{۱*}, Ph.D. رضا رنجبر^{۲**}, M.D. نوید بزار^{۳***}

آدرس مکاتبه: * دانشگاه علوم پزشکی بقیه... (عج) - مرکز تحقیقات تروما - تهران - ایران

** دانشگاه علوم پزشکی بقیه... (عج) - مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی

*** دانشگاه علوم پزشکی بقیه... (عج) - مرکز تحقیقات بهداشت نظامی

چکیده

مقدمه: خونریزی ناشی از جراحات جنگی از علل عمدی از بین رفتن مجروحین در جنگ‌ها است و در بسیاری از موارد این مسئله بخوبی قابل کنترل و پیشگیری است. هدف از انجام مطالعه حاضر، طراحی و ساخت یک باند الاستیک است که فرد مجروح به تنها بتواند از آن استفاده نماید.

مواد و روش کار: جنس مناسب برای تهیه این باند، سیلیکون در نظر گرفته شد. چندین نمونه از باند ساخته شد و تحت ارزیابی آزمایشگاهی و کلینیکی قرار گرفت. جهت ارزیابی آزمایشگاهی، باندهای ساخته شده در آزمایشگاه تحت تست‌های مکانیکی و شیمیایی قرار گرفتند. جهت ارزیابی کلینیکی، باندهای ساخته شده به ۲۰ نفر از متخصصین و کارشناسان و نیز ۲۰ مجروح ارائه و ارزیابی آنها در مورد کیفیت باندها در پرسشنامه ثبت گردید.

نتایج و بحث: نتایجی که از این نظرسنجی بدست آمد نشان داد که باندهای تهیه شده در طرح از لحاظ بسیاری از خصوصیات از جمله اندازه، قابلیت‌های پوشش زخم، بند آوردن خونریزی، شست و شو، استریل شدن و باز و بسته کردن روی اندام توسط مجروح با یک دست، شرایط قابل قبولی را دارا بوده و مجروحین نیز از این باندها رضایتمند بودند.

واژگان کلیدی: باند الاستیک، سیلیکون، خونریزی

بکارگیری موادی سازگار با بافت زنده می‌باشد. الاستیک‌های سیلیکونی و پلی اورتان از جمله الاستیک‌هایی هستند که کاربرد ویژه‌ای در علوم پزشکی یافته‌اند [۱-۵]؛ از آن جمله می‌توان کپسول‌سازی، ساخت اندامها و ارگان‌های مصنوعی، وسایل جراحی، ساخت پوست مصنوعی، ساخت عروق و لوله‌های مجرای ادراری را نام برد [۶].
لاستیک‌های سیلیکونی با وزن مولکولی مناسب و

مقدمه
الاستیک‌ها یا الاستومرها شاخه وسیعی از مواد پلیمری می‌باشند که کاربردهای وسیعی در صنعت دارند. الاستیک‌های طبیعی از زمان‌های طولانی برای بشر شناخته شده بودند، اما با ورود الاستیک‌های مصنوعی به جمع الاستومرها، زمینه‌های کاربردی گسترده‌تری ایجاد شده است. گاهی نیاز به استفاده از مواد الاستیکی در تماس با بدن موجود زنده پیش می‌آید که لازمه آن

۱- استادیار- دانشگاه علوم پزشکی بقیه... (عج)- نویسنده مسئول

۲- استادیار- دانشگاه علوم پزشکی بقیه... (عج)

۳- پژوهش عمومی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه... (عج)

به عرض های ۵ و ۱۰ سانتیمتر و طول های ۱ و ۲ متر طراحی گردید. جنس باند کشی از سیلیکون انتخاب گردید و با یک شرکت مهندسی پژوهشکی قرارداد ساخت آن بسته شد.

جهت ارزیابی باندهای ساخته شده، ابتدا نمونه‌ها تحویل آزمایشگاه بررسی کیفیت مواد گردید و خصوصیات مورد نظر مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت. جهت بررسی کارایی باندهای ساخته شده، این باند (با طول ۲/۵ متر، عرض ۷/۵ سانتی‌متر و ضخامت ۱/۲ میلیمتر) به همراه سه نوع باند دیگر (شامل تورنیکه، باند اسماچ با طول ۲ متر، عرض ۶/۵ سانتیمتر و ضخامت ۱/۲ میلیمتر؛ و اسرائیلی با طول ۵۰ سانتیمتر، عرض ۵ سانتیمتر و ضخامت ۵ میلیمتر) به ۲۰ نفر متخصص و کارشناس ارائه شد و طی پرسشنامه‌ای شامل ۲۰ سؤال نظر آنان اخذ گردید. موضوعات مورد سؤال عبارت بودند از: طول، عرض، وزن، ضخامت، استحکام، قابلیت ارجاعی، قابلیت تخلیه سرم یا کیسه خون، قابلیت بند آوردن خونریزی، قابلیت پوشش زخم، قابلیت استفاده از باند بعنوان آتل، قابلیت استفاده انفرادی، قابلیت استفاده توسط امدادگر، قابلیت استفاده در اتفاقهای عمل جهت تخلیه وریدی، قابلیت شست و شو، قابلیت استریل شدن، لغزنه نبودن در دور اول، عدم باز شدن پس از بستن دور آخر، عدم باز شدن در صورت رها شدن از دست مجموع، تورنیکه بودن و نیاز به تجهیزات اضافی، قابلیت حفظ ترشحات خون، قابلیت استفاده بجای باند اسماچ. در مرحله بعد نمونه‌هایی از باندهای تهیه شده بطور تصادفی در اختیار ۲۰ مجموع قرار داده شد. مجموعان دچار خونریزی فعال از اندام فوقانی یا تحتانی بودند و پس از اخذ رضایت نامه کتبی و توجیه آنها در زمینه چگونگی استفاده، نظرات آنها در پرسشنامه‌ای حاوی ۷ سؤال بدست آمد (جدول ۱).

در نهایت اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه‌ها توسط برنامه SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.

پاسخهای عالی و خوب در مورد هر یک از موارد پرسش نامه بعنوان قابل قبول و پاسخهای ضعیف و خیلی ضعیف بعنوان غیر قابل قبول در نظر گرفته شدند. در تحلیل پاسخ‌ها، باندی را قابل قبول (مثبت) در نظر گرفتیم که حداقل ۷۵ درصد افراد، پاسخ‌های عالی و خوب به آن داده باشند.

فرمولاسیون‌های صحیح، خواص لاستیکی ویژه‌ای دارند که آنها را از لاستیک‌های نفتی متمایز می‌سازند.

لاستیک‌های سیلیکونی قادرند خواص کشسانی خود را در محدوده دمای ۲۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد بخوبی حفظ نمایند. آنها موادی عایق در برابر حرارت و الکتریسیته می‌باشند. این لاستیک‌ها (نظیر R.T.V) عموماً با مایعات بدن واکنش ندارند و سبب انعقاد یا لخته شدن خون نمی‌شوند، همچنین حساسیت‌زا نبوده و فاقد عوارض مشابه با مسمومیت شیمیایی هستند. لاستیک‌های سیلیکونی با وزن مولکولی زیاد، موادی غیرآتش‌گیر هستند. همچنین آنها معمولاً نسبت به باکتریها و یا قارچها مقاومند و این موجودات در محیط لاستیک‌های سیلیکونی رشد نمی‌کنند [۶].

باندآژها باریکه‌های پارچه‌ای یا مواد ارجاعی هستند که دور قسمتی از بدن پیچیده می‌شوند. این باندآژها به صورت رولی پیچیده می‌شوند و عرضهای متفاوتی از ۱ تا ۶ اینچ دارند. باندآژها برای محکم کردن پانسمان، ایجاد فشار و حمایت از زخم بکار می‌روند. آنها بخصوص در خدمات اندام‌ها مفیدند. طبق تجربیات حاصله از جنگ تحملی، جراحات اندامها از جراحات شایع می‌باشند. لذا هرگونه عملیات امدادی که بتواند از خونریزی اندامها در اثر ترکش و تیر و ... جلوگیری نماید، قابل اهمیت خواهد بود.

در عملیات‌های جنگی بعلت عدم دسترسی زمانده به امکانات و وسایل پانسمان و کمکهای اولیه در جلوگیری از خونریزی نیازمند به روشهای هستیم که فرد بتواند به تنها ای از خونریزی شریانی تا رسیدن به پستهای امدادی جلوگیری نماید. باندهای کشی از پایین محل خونریزی بسته می‌شوند و حتی روی زخم را می‌پوشانند و بطور مؤثری در کنترل خونریزی کمک می‌نمایند. بنابراین طراحی یک باند کشی که در مقابل ترشحات بافتی و ادرار و خون خاصیت خود را از دست ندهد و قوام خود را حفظ نماید، در ضمن، هنگام بستن روی پوست نلغزد و بعد از بسته شدن باز نشود، از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف طراحی، ساخت و ارزیابی باند کشی لاستیک ویژه امدادی صورت گرفته است.

مواد و روش کار

ابتدا نمونه‌هایی از باند کشی لاستیک موجود در بازار خریداری و از آن چند تورنیکه معمولی بدست آمد. سپس باند کشی در ۴ اندازه

جدول ۱: نمونه پرسش نامه نظر خواهی از مجروحان جنگی

ردیف	عنوان	بله	خیر	تا حدودی	
۱	آیا قادر هستید با یک دست باند را روی اندامی که دچار جراحت شده بینید؟				
ردیف	عنوان	خوب	متوسط	بد	خیلی بد
۲	آیا باند کشی الاستیک در هنگام بستن دور اول روی پوست می لغزد؟				
۳	آیا باند کشی الاستیک در هنگام بستن دور آخر روی پوست یا باند چسبندگی دارد؟				
۴	آیا اگر باند را از دست خود رها کنید باند کشی الاستیک باز می گردد؟				
۵	آیا این باند قابلیت بند آوردن خونریزی از ناحیه اندام جراحت دیده شما را دارد؟				
۶	آیا این باند قابلیت پوشش زخم ناحیه اندام شما را دارد؟				
۱	رضایتمندی خود را از باند کشی الاستیک بفرمایید.				

نتایج

نتایج در دو بخش بررسی شدند:

۱) نتایج ارزیابی متخصصین و کارشناسان

۲) نتایج ارزیابی مجروحین

از آنالیز پرسش نامه متخصصین مشخص شد که ۹۳/۳ درصد از پاسخ دهنده‌گان نسبت به تورنیکه معمولی نظر منفی داشتند. در ۸۳/۳ و ۹۴/۴ درصد افراد مثبت بود. نظر پاسخ دهنده‌گان نسبت به باندهای ساخته شده در طرح، ۱۰۰ درصد مثبت بود (جدول ۲).

نتایج ارزیابی مجروحین (جدول ۳) نشان داد که بیشترین پاسخ مثبت مربوط به سؤال ششم بوده و این سؤال کمترین میزان پاسخ منفی (۵ درصد) را به خود اختصاص داد.

بیشترین پاسخ منفی (۱۵ درصد) مربوط به سؤال دوم بود و این در حالی است که پاسخ ۶۵ درصد از پاسخ دهنده‌گان به این سؤال مثبت بود. با در نظر گرفتن ۶ سؤال اول و با استفاده از مقیاس لیکرت مشخص گردید که ۹۰ درصد مجروحین از باند کشی رضایت داشتند.

بحث

اگرچه به دلیل عوارض بعضی خطرناک تورنیکه، امروزه کمتر از این وسیله جهت بند آوردن خونریزی استفاده می‌شود، اما گاه‌ها شرایطی بوجود می‌آید که استفاده از آن، قابل قبول و حتی نجات بخش می‌باشد [۳].

در یک مطالعه از ۵۵۰ سرباز با ترومای نافذ که در یک درمانگاه سرپایی تحت معالجه قرار گرفته بودند، در ۱۶ درصد از موارد از تورنیکه استفاده شده بود که در ۵۳ درصد این موارد، تورنیکه‌ها به گونه تجربی و بدون در نظر گرفتن اندیکاسیون‌های پزشکی بکار گرفته شده بودند. هیچ تفاوت آماری روشی میان بکارگیری رسته بهداری و افراد عادی مشاهده نشد.

در بیشتر موارد بکارگیری نادرست، یا پیش از بستن تورنیکه هیچ کوششی برای بکارگیری بانداز نشده بود و یا اینکه اصلاً خونریزی وجود نداشته است. این حقایق می‌تواند به دلیل موقعیت استرس زا و یا آموزش ناقص امداد گران باشد. در این مطالعه نسبت موقعيت در اندام فوقانی ۹۴ درصد و در اندام تحتانی ۷۱ درصد گزارش گردید [۷].

در مطالعه دیگری این مقدار در اندام فوقانی ۹۳ درصد و در اندام تحتانی ۷۵ درصد بود [۸]. در این مطالعات بستن کوتاه مدت تورنیکه بی خطر دانسته شد. زمان مناسب جهت بستن تورنیکه حین عمل جراحی $3/5$ ساعت می‌باشد. مواردی که عوارض عصبی دیده شد مشخصاً آنهایی بودند که زمان قطع جریان خون بیش از ۱۵۰ دقیقه داشته‌اند. به جز یک مورد که ۱۰۹ دقیقه گزارش گردید، مدت زمان متوسط در موارد بدون عوارض ۷۸ دقیقه بوده است.

در مطالعه دیگری نشان داده شد که عصب‌هایی که مستقیماً در زیر باند اسمارج قرار داشتند دچار آسیب بیشتری شدند [۹].

جدول ۲: نتایج بدست آمده از آنالیز پرسشنامه متخصصین و کارشناسان در مورد انواع باندهای مورد بررسی

باند 2m*10cm		باند 1m*10cm		باند 2m*5cm		باند 1m*5cm		باند اسرائیلی		باند اسمارچ		باند تورنیکه		خصوصیت	ردیف
-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طول مناسب	۱
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	عرض مناسب	۲
*	*			*		*		*		*		*		وزن مناسب	۳
*	*			*		*		*		*		*		ضخامت مناسب	۴
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	قابلیت تخلیه سرم یا کیسه خون	۵
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	قابلیت پوشش زخم	۶
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	قابلیت بند آوردن خونریزی	۷
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	استفاده از باند بعنوان آتل	۸
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	قابلیت استفاده توسط امدادگر	۹
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	قابلیت استفاده توسط مجروح	۱۰
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	قابلیت استفاده توسط مجروح با یک دست	۱۱
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	قابلیت استفاده در اتاق های عمل جهت تخلیه و ریدی	۱۲
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	قابلیت شست و شو	۱۳
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	قابلیت استریل شدن	۱۴
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	لغزندۀ نبودن در دور اول	۱۵
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	باز نشدن در صورت رهایی از دست مجروح	۱۶
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	باز نشدن پس از اتمام دور آخر	۱۷
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تورنیکه بودن و نیاز به تجهیزات اضافی	۱۸
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	قابلیت حفظ ترشحات خون	۱۹
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	قابلیت استفاده بجای باند اسماچ	۲۰

جدول ۳: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخهای مجروحین نسبت به باند کشی الستیک

جمع		خیر		تا حدودی		بلی		پاسخ ها		ردیف
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	متغیر های اندازه گیری شده		
۱۰۰	۲۰	۵	۱	۱۵	۳	۸۰	۱۶	بستن باند با یک دست	۱	
۱۰۰	۲۰	۶۵	۱۳	۲۰	۴	۱۵	۳	لغزندگی در دور اول	۲	
۱۰۰	۲۰	۵	۱	۴۰	۸	۵۵	۱۱	چسبندگی در دور آخر	۳	
۱۰۰	۲۰	۴۰	۸	۵۰	۱۰	۱۰	۲	باز نشدن در صورت رها شدن	۴	
۱۰۰	۲۰	۵	۱	۳۰	۶	۶۵	۱۳	قابلیت بند آوردن خون	۵	
۱۰۰	۲۰	۰	۰	۱۵	۳	۸۵	۱۷	قابلیت پوشاندن زخم	۶	

عوارض احتمالی استفاده از تورنیکه که در مطالعات گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند، می‌توان به احتمال بروز گانگرن گازی و آسیب

در این مطالعه این طور نتیجه‌گیری شد که باند اسماچ به دلیل عرض کم جهت استفاده طولانی مدت مناسب نمی‌باشد. از دیگر

- postural sway in subjects with knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2002; 61: 24-28.
- 2-** Crawford FJ. Ambulatory surgery: the elderly patient. AORN J 1995; 41: 356-369.
- 3-** Denise M, Laura M. The tourniquet debate. J Emerg Nurs 2006; 32: 354-6.
- 4-** Welling R, Burris G, Hutton E, Minken L, Rich M. A Balanced Approach to Tourniquet Use: Lessons Learned and Relearned. J Am Coll Surg 2006; 203(1): 106-115.
- 5-** Walsh EF, Ben-David D, Ritter M, Mechrefe A, Mermel LA, DiGiovanni C. Microbial colonization of tourniquets used in orthopedic surgery. Orthopedics 2006 Aug; 29(8): 709-13.
- 6-** Available at: <http://www.degania-silicone.co.il>
- 7-** Lakstein D, Blumenfeld A, Sokolov T, Lin G, Bssorai R, Lynn M, Ben-Abraham R. Tourniquets for hemorrhage control on the battlefield: a 4-year accumulated experience. J Trauma 2003; 54(5 Suppl): S221-5.
- 8-** Volpin G, Said R, Simri W, Grimberg B, Danial M. nerve palsies in a soldier with penetrating injuries following prolonged use of limb tourniquets. Harefuah 1999; 136: 352-355.
- 9-** Rorabeck CH. Tourniquet-induced nerve ischemia: an experimental investigation. J Trauma. 1980; 20(4): 280-6.
- 10-** Langley DM, Criddle LM. The tourniquet debate. J Emerg Nurs 2006; 32(4): 354-6.

ناشی از پرفیوژن مجدد اشاره نمود که جهت پیشگیری از این عوارض توصیه به استفاده کمتر از ۲ ساعت از تورنیکه شده است [۱۰].

در مجموع مطالعات اندکی در زمینه استفاده از باند کشی جهت کنترل خونریزی در سطح جهان انجام گرفته است. در مطالعه ما چهار روش مهار خونریزی با یکدیگر مقایسه شدند، استفاده از تورنیکه معمولی، استفاده از باند اسمارج که در اتفاقهای عمل جهت تخلیه وریدی بکار می‌رود، استفاده از نوعی بانداز اسرائیلی که مشابه نمونه ساخته شده در این طرح بود و باند سیلیکونی ساخته شده توسط متخصصین این طرح که برحسب نتایج گفته شده در مقام استفاده از این چهار نوع تورنیکه، بانداز الاستیک ساخته شده در این طرح از نظر کارشناسان ۱۰۰ درصد مثبت بود و از نظر مجروحین ۹۰ درصد از باند کشی رضایت داشتند.

از مزایای این باند کشی این است که: ۱) خونریزی شریانی را قطع و از به شوک رفتن مجروح جلوگیری می‌کند،

۲) از عفونت و دستکاری زخم جلوگیری می‌نماید و ۳) قابلیت ارتتعاعی بالا و دوام چند ساله داشته و احتیاج به مراقبتهای خاص و چک کردن در انبار ندارد. این باند الاستیک با توجه به طول و قطر آن، جنس سیلیکون و چسبیدن لایه‌ها به همدیگر می‌تواند بجای پانسمان فشاری و فشار مستقیم روی شریان عمل کرده و با طول زیاد خود که از دیستال به پروگزیمال پیچانده می‌شود باعث تخلیه وریدی و مانع گسترش عفونت می‌شود و در نهایت با کاهش هزینه تولید و در نتیجه قیمت نهایی محصول، امکان دسترسی عمومی را فراهم می‌نماید.

منابع

- 1-** Hassan BS, Mockett S, Doherty M. Influence of elastic bandage on knee pain, proprioception, and